

Kúpna zmluva č. NET2017147-Z

Uzatvorená v zmysle

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo: Pažítková 4, Bratislava, 82101, Slovenská republika
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK2021700549
Číslo účtu: SK5881800000007000279808
Tel: +421 248234986

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Anestéziologický prístroj strednej triedy
Kľúčové slová: anestéziologický prístroj, anestézia
CPV: 33172100-7 - Prístroje na anestéziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu

Položka č.1: Anestéziologický prístroj strednej triedy

Funkcia				
Anesteziologický prístroj so vstavanou ventilačnou jednotkou a monitorom na pojazdnom podvozku s možnosťou napájania z centrálného prívodu stlačených plynov i záložných tlakových fliaš, pre aplikáciu inhalačných anestetík, s využitím spätného vdychovania, vrátane minimal flow a low flow anestézie pre dlhotrvajúce, náročné a komplikované chirurgické operačné výkony.				
Anestéziologický prístroj vhodný pre pacientov od novorodencov po dospelých s podávaním anestézie aj v nízkych a minimálnych prietokoch čerstvej zmesi plynov.				
Anestéziologický prístroj so systémom eliminácie vlhkosti v patientskom diely prístroja pre predchádzanie kondenzácie vlhkosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Anestéziologický prístroj strednej triedy	ks			1
- Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním, vstavaným akumulátorom, s dobou záložnej prevádzky min.	minuta	60		
- prehľadný farebný displej s uhlopriečkou	cm	35		

- počet zobrazovaných kriviek na obrazovke	počet kriviek	3		
- ventilačný režim - prietok čerstvej zmesi plynov	ml/min.	0,3 - 15		
- ventilačný režim - nastavenie dychovej frekvencie v rozsahu	dych/min.	4 - 80		
- ventilačný režim - nastaviteľný PEEP	cmH2O	4 - 30		
- ventilačný režim - nastaviteľný dychový objem Vt niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu	ml	20 - 1500		
- ventilačný režim - nastaviteľný tlak dých. ciest Pip niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu	cmH2O	5 - 60		
Rozsah nastavenia tlakovej podpory	mbar	2 - 40		
Monitor vitálnych funkcií, farebná obrazovka s uhlopriečkou min.	cm	30		
- monitor umožňujúci kontinuálne sledovanie potrebných údajov na farebnej obrazovke so zobrazením min. počtu kanálov	počet kanálov	5		
Príslušenstvo: - dýchací okruh s insp. a exp. vetvou	sada v ks 10	10		
Príslušenstvo: - bakteriálne filtre	ks	50		
Príslušenstvo: - sada CO2 absorbérov	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
- kompaktný pojazdný prístroj pre aplikáciu inhalačných anestetík, s využitím spätného vdychovania, vrátane minimal a lowflow anestézie pre dlhotrvajúce, náročné a komplikované chirurgické operačné výkony	áno			
- napájanie stlačeným plynom O2 (kyslík), N2O (oxid dusný) a vzduch z centrálnych rozvodov a zo záložných fliaš	áno			
- súčasťou prístroja je systém kontroly spotreby anestetík a plynov, ktorý vyhodnocuje ich spotrebu a zobrazuje ekonomiku prevádzky s vyhodnotením efektivity využitia čerstvej zmesi	áno			
- vybavený dvomi držiakmi odparovačov anestetík zaradenými do systému čerstvej zmesi s možnosťou výberu anestetika a jednoduchého prepnutia medzi nimi, s ochranou proti otvoreniu oboch naraz a s elektronickou kontrolou nastavenia	áno			
- presný odparovač anestetika pre Sevofluran	áno			
- zobrazené parametre pľúcnej mechaniky: tlak (Pinsp, Pstr, Peep), objem, frekvencia dychov (mandatórna, spontánna), úniky, odpor a poddajnosť spolu s krivkami pre tlak, prietok a etCO2 ako aj spirometrickými slučkami	áno			
- anestéziologický okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným aj počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti	áno			
- prístroj kontinuálne monitoruje pacientove vydychované hodnoty plynov a automaticky prehodnocuje dodávku čerstvej zmesi plynov na udržiavanie nastavených bezpečných hodnôt	áno			
- anestéziologický prístroj ako aj monitor vitálnych funkcií musia byť schopné prepojenia do elektronického systému zberu údajov, pre ich ďalšie spracovanie a vyhodnotenie	áno			
- prístroj musí umožňovať obsluhujúcemu personálu rozobratie ventilačnej časti prístroja pre čistenie a sterilizáciu bez použitia náradia	áno			
Ventilačné režimy:				
- objemová ventilácia, tlaková ventilácia, tlaková podpora, SIMV, manuálna a spontánna ventilácia	áno			
- nastavenie pomeru dób I:E	áno			
- prietokový triger	áno			
- snímače prietoku, kyslíka, etCO2 nie spotrebného charakteru	áno			
- účinné odsávacie zariadenie na odstraňovanie uniknutých anestetických plynov	áno			
- účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno			
Monitorované parametre :				

- vdychové a výdychové koncentrácie CO ₂ , vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, ako aj vdychové a výdychové koncentrácie N ₂ O apoužitých anestetík s automatickou detekciou použitého anestetika avýpočtom minimálnej alveolárnej koncentrácie MAC s korekciou na vekpacienta	áno
- monitoring ventilačných parametrov, monitoring spirometrie (Vtinsp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak.Pplat, Compliance, Rezistence...) ,slučky pľúcnej mechaniky (tlakobjem, prietok-objem)	áno
Integrované prvky - súčasti prístroja :	
- integrované snímače prietoku, kyslíka, etCO ₂ nie spotrebného charakteru	áno
- účinné zariadenie na odvádzanie odpadových anestetických plynov	áno
- účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest s odsávacou nádobou a nádobou na preplach	áno
- záložný systém podávania kyslíka pre manuálnu ventiláciu pacienta s nastavením prietoku čerstvej zmesi (O ₂ +anestetikum)	áno
- regulované svetlo pracovnej dosky pre písanie anestéziologického záznamu aj počas výkonov vyžadujúcich tmavé prostredie	áno
Monitor vitálnych funkcií :	
- EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu	áno
- troj, päť/šesť a dvanásť zvodové EKG snímané troj alebo päť/šesť a dvanásť zvodovým káblom s možnosťou vyhodnotenia arytmií	áno
- krivka respirácie a hodnoty	áno
- neinvazívny TK systola, stredný, diastola	áno
- teplota	áno
- dva vstupy pre meranie invazívneho TK	áno
- možnosť doplnenia o : meranie hladiny neuromuskulárneho bloku bežnými formami stimulácie, meranie stavu mozgu počas anestézie a o modul kontinuálneho neinvazívneho tlaku krvi	áno
Kompletné príslušenstvo potrebné k prevádzke anestéziologického prístroja: dýchací okruh filtre, masky (min. jedenkrát veľkosti S,M,L) ,sada CO ₂ absorbérov, redukčné ventily O ₂ a N ₂ O, a príslušenstvopotrebné pre monitorovanie pacienta: EKG káble, saturačné senzorypre všetky vekové kategórie, manžety na meranie neinvazívneho krvného tlaku pre všetky vekové kategórie, káble na meranie dvochinvazívnych tlakov, teplotná sonda, spotrebný materiál ku monitoringukoncentrácií plynov, hĺbky anestézy a relaxácie.	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kupe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a predať objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy sú anestéziologické prístroje strednej triedy podľa uvedenej technickej špecifikácie predmetu zákazky.
UPOZORNENIE: Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.
Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení. Plnenie bude realizované na základe potrieb objednávateľa a možností dodávateľa.
Požaduje sa dodať tovar nový, nepoužívaný a nerepasovaný.
Súčasťou dodávky musia byť všetky platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (zvlášť CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu /výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie/a pod.).
Vrátane dopravy, inštalácie na mieste plnenia a uvedenia zariadenia do prevádzky. Odkúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a vrátane zaškolenia požadovaného počtu zamestnancov objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.
Miestom plnenia sú pracoviská (nemocničné zariadenia) objednávateľa v Bratislave.
Podmienkou dodávky je zabezpečenie a servisných činností počas záručnej doby autorizovaným servisom, vrátane dodávky náhradných dielcov, po dobu minimálne 10 rokov odo dňa inštalácie.

Nástup servisného technika k diagnostikovaní a odstráneniu poruchy je max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch).
Odstránenie poruchy prístroja sa vyžaduje do 2 pracovných dní od vzniku poruchy, resp. nahlásenia poruchy za predpokladu, že porucha nevyžaduje dodanie náhradných dielcov od výrobcu. V opačnom prípade o lehote dodávky rozhoduje termín dodania náhradného dielca.
Záručná doba na zariadenie, vrátane príslušenstva je min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie zariadenia do prevádzky.
Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.
Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. dohodou zmluvných strán.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná.
V kúpnej cene sú zahrnuté aj všetky náklady spojené s vykonávaním pravidelných predpísaných prevádzkových revízií a kontrol po celú dobu záruky, nevyhnutných pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadenia po celú dobu záruky.
Predmet zmluvy alebo jeho časť sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu sortimentu dodaného tovaru so zmluvou, množstva tovaru, vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru zistí nezrovnalosti - zjavné chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad so zmluvou, tovar neprevzme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zjavné vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 48 hodín od uplatnenej reklamácie.
Uhrada predmetu zákazky alebo jeho časti bude realizovaná z účelovo vyčlenených finančných prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa MZ SR. V prípade, že poskytovateľ neposkytol z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu Objednávateľovi finančné prostriedky na financovanie tejto zákazky, si objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť a zmluvné strany sa dohodli, že v toto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek finančné plnenie.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na min. 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
Táto zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v obchodných podmienkach Elektronického trhoviska účinných od 4.11.2017, výpoveďou bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace. Výpovedná lehota plyní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dodávateľ pred podpísaním zmluvy zmluvnými stranami predloží objednávateľovi:
a.) typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v súprave, prospektový materiál k tovaru v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku (v listinnej podobe a/alebo na CD/DVD nosiči), ktorý musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky,
b) manuál (návod na obsluhu a údržbu) k tovaru v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku,
c) všetky platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (zvlášť CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu /výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie a pod.),
d) podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien (ceny za jeden kus prístroja) v € bez DPH, sadzby DPH a cenu s DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa a následné vypovedanie platnosti zmluvy, pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom 18.2 písm. a) OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.
V prípade ak kontraktáciu ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica a číslo: Pažitková 4

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

15.12.2017 00:00:00 - 28.02.2018 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Množstvo: 13,0000

3.4 Na plnení Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Identifikácia subdodávateľa a osoby oprávnenej konať za subdodávateľa (doplní Objednávateľ)

3.5 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá v rámci Elektronického kontraktačného systému a riadi sa Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.11.2017 14:19:55

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
zastúpený:

Dodávateľ:
zastúpený: